

Pitanja:

Molim za pojašnjenje sledećih stavki, a u vezi sa JN 02-37/29-2019-JP36 Proizvodi od stakla za laboratorijske primene:

1. St. 9- da li mislite na kvantitativni/ kvalitativni levak ili na levak za prah? Da li je prihvatljivo ponuditi levak \varnothing 100mm?
2. St. 17-18- da li mislite na graduisane pipete?
3. St. 19- molim za zapreminu pipeta
4. St. 27- molim za kataloški broj traženog Hach- ovog PVC držača
5. St. 30- da li je prihvatljivo ponuditi bocu kapalicu od 20 ili 30ml?
6. St. 30-34- da li je prihvatljivo da ponuđena dobra budu napravljena od PE, s obzirom da je to materijal koji se najčešće koristi u proizvodnji ambalaže tog tipa?

Odgovori:

1. St.9- U pitanju su kvalitativni levci, mogu da budu \varnothing 100mm;
2. St.-17-18- mislimo na graduisane pipete;
3. St. 19- Zapremine koje se koriste su od 1 ml, 5 ml i 10 ml, ukupno ih je 20 a to su zapremine koje ce odgovarati, bitno je da nisu klipne u tom slučaju;
4. St.27- Kataloški broj traženog Hach-ovog PVC držača: CAT.NO 187450003 QTY=1 EA
5. St.30-Ponudite veću, od 30 ml, prihvatljivije je;
6. St. 30-34- Prihvatljivo je da ponudjena dobra budu od PE.